

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula Nasal Descartável Hospitak

Modelo

<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Tube de Suprimento de O2 com Star Lúmen (m)</u>
NC-80243	Neonatal	2,1 m
NC-80343	Pediátrico	2,1 m
NC-80217	Adulto	2,1 m
NC-80757	Adulto	7,5 m

Registro Anvisa: 80504540012

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 5 anos.

Embalagem unitária.

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso.

Fotos:

Descrição e Indicação

A Cânula Nasal Descartável Hospitak é indicada para fornecimento de baixos fluxos de oxigênio. O oxigênio é administrado para tratar a hipoxemia e diminuir os sintomas associados.

A Cânula Nasal é usada quando o paciente requer uma concentração média ou baixa de O₂ para a qual uma precisão acurada não é essencial. Este método é relativamente simples de usar e permite que o paciente se mova em torno do leito, fale, tussa e coma sem interrupção do fluxo de O₂.

Possui uma prongue (dois pequenos tubos) que se encaixam no vestíbulo de cada narina que é confeccionada em material macio e flexível. A cânula é mantida no lugar através de tubos com contornos arredondados de PVC que se encaixam sobre as orelhas e podem ser ajustados sobre o queixo por meio de um anel plástico macio, proporcionando conforto e segurança ao paciente.

Conteúdo

O produto é acondicionado e comercializado individualmente em uma embalagem de Polietileno e então é acondicionado em caixa de papelão (fibras de celulose + papel reciclado) com 50 unidades para transporte.

Instruções de Uso

- 1- Retire o dispositivo da embalagem.
- 2- Conecte o tubo de suprimento de oxigênio à fonte de gás e ajuste o fluxo conforme prescrição médica. Verifique a permeabilidade do fluxo de gás através do tubo.
- 3- Insira a cânula nas narinas e ajuste os dois tubos sobre as orelhas e abaixo do queixo do paciente. Caso necessário, as pontas da cânula podem ser cortadas com uma tesoura para atender as características anatômicas individuais de cada paciente, facilitando o ajuste.
- 4- Cuidadosamente ajuste os tubos para fixar a cânula de maneira que fique segura à face do paciente.
- 5- O produto é de uso em um único paciente e, portanto, deverá ser descartado após o término da terapia.

Composição:

Tubo de Suprimento de O₂: Policloreto de Vinila (PVC)

	BRC LOGÍSTICA	IUCN-H
	INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01	rev. 00

Prongue Nasal: Policloreto de Vinila (PVC)

Anel de ajuste: Policloreto de Vinila (PVC)

Condições de Armazenamento

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Condições para o Transporte

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Advertências

- Taxas de fluxo além de 6 litros por minuto podem levar à deglutição do ar e causar irritação da mucosa nasal e faríngea.
- Produto com reprocessamento proibido.

Precauções

- Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.
- Certifique que a embalagem esteja íntegra, sem danos ou rasgos. Caso apresente violação da embalagem, não utilizar o material.

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo – SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana Veiga Morales CRF-SP: 68.907.

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City.